

空中微生物基準値一覧

各種衛生規範における落下菌基準値一覧

| 分類 | 汚染作業区域 | 準清潔作業区域 | 清潔作業区域 | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| | 落下細菌数(個) | 落下細菌数(個) | 落下細菌数(個) | 落下真菌数(個) |
| 弁当およびそうざい 洋生菓子 セントラルキッチン/カミサリー 生めん類 | 100以下 | 50以下 | 30以下 | 10以下 |
| 漬物 (pH4.5以上の製品) | - | 100以下 | 50以下 | 10以下 |

各国の空中微生物の基準値 (参考)

| WHO-GMP | クラス・グレード | 細菌浮遊量 CFU/ m3 | 落下菌測定法 CFU/4Hr(直径90mmプレート) |
|---------|----------|------------------|-------------------------------|
| | A | 3未満 | 3未満 |
| | B | 10 | 5 |
| | C | 100 | 50 |
| | D | 200 | 100 |

| FDA(アメリカ食品医薬品局) cGMP | クラス・グレード | 細菌浮遊量 CFU/ m3 | 落下菌測定法 CFU/4Hr(直径90mmプレート) |
|-------------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| | 100 | 1 | 1 |
| | 1,000 | 7 | 3 |
| | 10,000 | 10 | 5 |
| | 100,000 | 100 | 50 |

| EU-GMP | クラス・グレード | 細菌浮遊量 CFU/ m3 | 落下菌測定法 CFU/4Hr(直径90mmプレート) |
|--------|----------|------------------|-------------------------------|
| | A | 1未満 | 1未満 |
| | B | 10 | 5 |
| | C | 100 | 50 |
| | D | 200 | 100 |

| JP15(日本薬局方) | クラス・グレード | 細菌浮遊量 CFU/ m3 | 落下菌測定法 CFU/4Hr(直径90mmプレート) |
|-------------|----------|------------------|-------------------------------|
| | A | 1未満 | - |
| | B | 10 | - |
| | C | 100 | - |
| | D | 200 | - |

上記は 株式会社スペック (<http://www.spec-lab.net/>) によりまとめたものであり、その内容を保証するものではありません。
当該機関発行の各種資料などにてご確認ください。